


SCHITA CONSOLA SALA INTERVENTIE



NOTE:

2 circuite electrice

Cabluțe electrice pentru prize vor fi de 2.5 mm²

Prize de împământare echipotentialitate

Diametrele de record ale țevilor vor fi după cum urmează:

oxigen – record țeava cupru medical având 2 ieșiri de 15 mm

oxigen – kit record țeava 15mm

vacuum – record țeava cupru medical având 2 ieșiri de 15 mm

vacuum – kit record țeava 15mm

aer 4bar – record țeava cupru medical având 2 ieșiri de 15 mm

aer 4 bar – kit record țeava 15mm

profundă de azot – record țeava cupru medical având 2 ieșiri de 15 mm

profundă de azot – kit record țeava 15mm

aer 7bar – record țeava cupru medical având 2 ieșiri de 15 mm

aer 7 bar – kit record țeava 15mm

dioxid de carbon – record țeava cupru medical având 2 ieșiri de 15 mm

dioxid de carbon – kit record țeava 15mm

AGFS – record țeava cupru medical având 1 ieșire de 15 mm

AGFS – kit record țeava 15mm